Błonie, dnia 31.12.2007r.

Nr spr. WZP-341/50/2007

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
zakup aparatu RTG na potrzeby przychodni – Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2/4 w Błoniu

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Specyfikacji Technicznej aparatu RTG w postępowaniu jak wyżej:

Pyt.1: W załączeniu do SIWZ – Stacjonarny aparat RTG w punkcie 9.12 Zamawiajacy zawarł zapis „Dostawca aparatury posiadający autoryzację producenta aparatu RTG w zakresie prowadzenia prac serwisowych". Czy Zamawiający (zgodnie z brzmieniem art. 22 ust.2) dopuści złożenie oferty przez dostawcę, który sam nie posiada autoryzacji producenta w zakresie prowadzenia prac serwisowych, a dysponuje autoryzowanym serwisem producenta ?

Odp.: **TAK** - Zamawiający **dopuszcza** oferty złożone przez dostawcę nie posiadającego autoryzacji producenta w zakresie prowadzenia prac serwisowych. Dostawca może dysponować autoryzowanym serwisem producenta.

Pyt. 2: Dotyczy załącznika – Stacjonarny aparat RTG pkt 2.8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG wyposażonego w programy nastaw anatomicznych w którym komunikacja odbywa się za pomocą ikon i symboli graficznych?

Odp.: **NIE** - Zamawiający **nie dopuszcza** złożenia oferty z aparatem RTG wyposażonego w programy nastaw anatomicznych, w którym komunikacja odbywa się za pomocą i kon i symboli graficznych.

Pyt. 3: Dot. pkt 6.14 Specyfikacji Technicznej
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG wyposażony w stół o odległości płyty stołu od filmu TFD o wartości 85mm ?

Odp.: **TAK** - Zamawiający **dopuszcza** złożenie oferty z aparatem RTG wyposażonego w stół o odległości płyty stołu od filmu TFD o wartości 85mm.

Pyt. 4: Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół do zdjęć kostnych z zakresem motorowej regulacji wysokości blatu stołu min. 30 cm ?

Odp.: **NIE** - Zamawiający **nie dopuszcza** złożenia oferty ze stołem do zdjęć kostnych z zakresem motorowej regulacji wysokości blatu stołu min.30 cm.

Pyt. 5: Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół do zdjęć kostnych gdzie minimalna odległość blatu stołu od podłogi wynosi 56,5 cm ?

Odp.: **NIE** - Zamawiający **nie dopuszcza** złożenia oferty ze stołem do zdjęć kostnych z minimalną odległością blatu stołu od podłogi wynoszącą 56,5 cm.

Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumnę podłogową lampy rtg z poprzecznym (teleskopowym) ruchem lampy RTG min. 27 cm ?

Odp.: **TAK** - Zamawiający **dopuszcza** ofertę z kolumną podłogową lampy rtg z poprzecznym (teleskopowym) ruchem lampy RTG min. 27 cm.

Pyt. 7: Jakimi przesłankami kierował się Zamawiający w określeniu wartości wymaganej zakresu regulacji czasu ekspozycji przy generatorze rtg ?

Odp.: Zamawiający w ustalaniu parametrów technicznych aparatury kierował się własnymi doświadczeniami oraz informacjami z rozeznania rynku aparatury medycznej.

Pyt. 8: Czy Zamawiający dopuści do przetargu generator rtg z zakresem regulacji czasu ekspozycji 1-6300 msek ?

Odp.: **NIE** - Zamawiający **nie dopuszcza** złożenia oferty z generatorem rtg z zakresem regulacji czasu ekspozycji 1-6300 msek.

Pyt. 9: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę rtg o mocy małego ogniska dla zadeklarowanej szybkości wirowania równej 19 kW?

Odp.: **TAK** - Zamawiający **dopuszcza** lampę rtg o mocy ogniska dla zadeklarowanej szybkości wirowania równej 19 kW.

Pyt. 10: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumnę lampy rtg o poprzecznym (teleskopowym) ruchu lampy rtg 25 cm ?

Odp.: **NIE**- Zamawiający **nie dopuszcza** kolumnę lampy rtg o poprzecznym (teleskopowym) ruchu lampy rtg 25 cm.

Pyt. 11: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kolumnę podłogową lampy rtg o poprzecznym (teleskopowym) ruchu lampy rtg 21 cm ?

Odp.: **NIE** - Zamawiający **nie dopuszcza** kolumny podłogowej lampy rtg o poprzecznym (teleskopowym) ruchu lampy rtg 21 cm.

Pyt. 12: Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół do zdjęć kostnych o zakresie motorowej regulacji wysokości blatu 55 - 90 cm ?

Odp.: **NIE** - Zamawiający **nie dopuszcza** stołu do zdjęć kostnych o zakresie motorowej regulacji wysokości blatu 55-90 cm.

Pyt. 13: Czy Zamawiający dopuści do przetargu statyw do zdjęć odległościowych o zakresie regulacji wysokości panelu bucky 35 – 187 cm ?

Odp.: **TAK** - Zamawiający **dopuszcza** statyw do zdjęć odległościowych o zakresie regulacji wysokości panelu bucky 35-187 cm.

Pyt. 14: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wywoływarkę do automatycznej obróbki błon o czasie obróbki regulowanej przez użytkownika w zakresie 90 – 180 sek. ?

Odp.: **NIE** - Zamawiający **nie dopuszcza** wywoływarki do automatycznej obróbki błon o czasie obróbki regulowanej przez użytkownika w zakresie 90 -180 sek.

Pyt. 15: Czy Zamawiający dopuści do przetargu potwierdzenie oferowanych parametrów (tych, które nie są zawarte w oryginalnych folderach) oświadczeniami producenta ?

Odp.: **TAK** - Zamawiający **dopuszcza** potwierdzenie parametrów technicznych na osobnym oświadczeniu. Zamawiający podtrzymuje jednocześnie wymóg załączenia materiałów informacyjnych producenta oferowanego sprzętu.

Pyt. 16: Czy Zamawiający dopuści złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej oraz załączenie oryginału gwarancji do oferty ?

Odp.: **TAK** - wadium można złożyć w formie gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał gwarancji należy złożyć przed terminem składania ofert w Wydziale Zamówień Publicznych, kopię załączyć do oferty.
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdz. X podał wszystkie informacje dotyczące złożenia wadium.

Pyt. 17: Prosimy o wyjaśnienie jakie uprawnienia do montażu aparatu RTG oraz na mocy jakich przepisów prawnych ma posiadać osoba przewidziana do kierowania pracami ?

Odp.: Osoba przewidziana do kierowania pracami oraz osoby przeznaczone do wykonywania prac przy montażu aparatu RTG, winny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia:

- w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325),
- w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych (Dz. U. z 2006r. Nr 1 poz. 11)

oraz spełniać wymagania producenta aparatu w zakresie montażu.

W związku z tym, iż Zamawiający nie wprowadza modyfikacji treści SIWZ – nie przedłuża terminu składania ofert.
Terminem składania ofert jest dzień **07.01.2008r. godz. 11:00.**
Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.01.2008r. o godz. 11:15** w siedzibie Zamawiającego.

Wydział Zamówień Publicznych